

Sistema automático de titulación HI 902C



HANNA
instruments
We help people to make good decisions.

Titulaciones de gran exactitud en un equipo altamente adaptable



Sistema automático de titulación HI 902C

- El puerto USB permite la transferencia de métodos y reportes a un PC u otro titulador.
- El puerto RS232 permite la conexión directa a un balance analítico de laboratorio.
- Cuatro modos de trabajo: Titulador, medidor pH, medidor mV y medidor ISE.
- Sistema de bureta intercambiable permite al usuario intercambiar buretas rápidamente.
- Bomba de 40000 pasos asegurando exactitud.




Sistema Clip-Lock

Con este sistema bastan unos pocos segundos para sustituir la bureta con el valorante y comenzar una nueva valoración. Este sistema permite prevenir la contaminación del valorante, reduciendo al mínimo la pérdida de tiempo y reactivos.

Valoraciones Potenciométricas

Cuenta con potentes algoritmos de primera y segunda derivada, opciones de derivadas filtradas y rango configurable para detección de punto final de equivalencia. Este equipo entrega informes completos de valoración detallando los datos de muestra, distintos parámetros y variantes del proceso incluyendo gráficos transferible de PC.



Rango

mV	Rango	-2000.0 a 2000.0 mV
	Resolución	0.1 mV
	Precisión	±0.1 mV
pH	Rango	-2.000 a 20.000 pH
	Resolución	0.1/0.01/0.001 pH
	Precisión	±0.001 pH
ISE	Rango	1x10 ⁻⁶ a 9.99x10 ¹⁰
	Resolución	1;0.1;0.01
	Precisión	±0.5% Monovalente ±1% Divalente

Mesa central Chile: (56 2) 2862 5700
www.hannachile.com / ventas@hannachile.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



N°: 7718